



Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Servicios Periféricos

Avda. de la Guardia Civil, 8 - ALBACETE - 02007 - Tlf. 967557900

CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES SERVICIOS PERIFERICOS REGISTRO ENTRADAS	
15 JUN 2013	
SALIDA Nº	ENTRADA Nº
	55409

12 de julio de 2013

SANIDAD AMBIENTAL/EA

AUTORIZACIÓN LABORATORIO

HIDROLAB, S.L.
POLÍG. INDUSTRIAL CAMPOLLANO
C/ C, 10
02007 ALBACETE

Adjunto remito Autorización y Anexo Técnico de actividades analíticas autorizadas (por ampliación de alcance), como laboratorio de control oficial.

Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto en la Sección de Sanidad Ambiental en el teléfono 967557900.

LA COORDINADORA PROVINCIAL DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES,

Fdo. Carmen Navarro Lacoba



**AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LABORATORIOS QUE ANALIZAN
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS EN RELACIÓN CON LA SANIDAD
AMBIENTAL Y ALIMENTARIA**

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HIDROLAB, S.L.
2	RESPONSABLE TÉCNICO: ANGEL POLO RODRIGUEZ Ingeniero Industrial.
3	TITULARIDAD: PRIVADA
4	CIF/NIF: B- 02060531
5	DOMICILIO DEL LABORATORIO: POLIGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO C/ C Nº 10, 02007 ALBACETE
6	ACTIVIDAD: LABORATORIO DE CONTROL OFICIAL
5	ALCANCE: "ANEXO TÉCNICO ADJUNTO, sin este anexo la autorización no tiene validez.
6	ACREDITACIÓN: ISO 17025:2005 Exp. nº 502/LE967
7	AUTORIZACIÓN Nº: CO/AB/001
8	TIPO DE AUTORIZACIÓN: LABORATORIO DE CONTROL OFICIAL

Visto el expediente de solicitud de autorización, examinado el informe técnico de los servicios competentes de esta Delegación Provincial y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 43/2003 de 8 de abril, de autorizaciones de los laboratorios para la realización de análisis sanitarios de sustancias y productos relacionados con la sanidad ambiental y alimentaria, y en virtud de las atribuciones y competencias atribuidas, queda autorizado el laboratorio reseñado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Albacete, 11 de julio de 2013

LA COORDINADORA PROVINCIAL DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES



Fdo.: CARMEN NAVARRO LACOPA



ANEXO TÉCNICO DE ACTIVIDADES ANALÍTICAS AUTORIZADAS

Nº AUTORIZACIÓN: CO/AB/001

FECHA: 11 de julio de 2013

NOMBRE DEL LABORATORIO: HIDROLAB SL.

DOMICILIO: Polígono de Campollano, C/ C nº 10. 02007 ALBACETE.

DIRECTOR TÉCNICO: Ángel Polo Rodríguez

Este Anexo forma parte de la autorización del laboratorio reseñado, conforme al Decreto 43/2003, de 8 de abril, para la realización de Análisis de Control Oficial, con el siguiente

ALCANCE

1	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS
AGUAS DE CONSUMO.....	<ul style="list-style-type: none">- Ph- Conductividad- Turbidez- Sulfatos por nefelometría- Color (comparación visual)- Alcalinidad total y compuesta, bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos por titulación volumétrica.- Cloruros por titulación volumétrica- Oxidabilidad por titulación volumétrica- Nitrógeno amoniacal por titulación volumétrica- Nitratos por espectrofotometría UV-VIS



- Nitritos por espectrofotometría UV-VIS
- Nitrógeno amoniacal por espectrofotometría UV-VIS
- Metales totales y disueltos por espectrometría de plasma de acoplamiento inductivo
- Aluminio
- Antimonio
- Arsénico
- Bario
- Berilio
- Boro
- Cadmio
- Calcio
- Cobalto
- Cobre
- Cromo
- Estaño
- Estroncio
- Fósforo
- Hierro
- Magnesio
- Manganeso
- Mercurio
- Molibdeno
- Níquel
- Plata
- Plomo
- Potasio
- Selenio
- Sodio
- Talio
- Vanadio
- Zinc
- Dureza total por cálculo
- Dureza cálcica por cálculo
- Dureza magnésica por cálculo



AGUAS CONTINENTALES.....	<ul style="list-style-type: none">- Ph- Conductividad- Turbidez- Sulfatos por nefelometría- Color (comparación visual)- Alcalinidad total y compuesta, bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos por titulación volumétrica.- Cloruros por titulación volumétrica- Oxidabilidad por titulación volumétrica- Nitrógeno amoniacal por titulación volumétrica- Nitratos por espectrofotometría UV-VIS- Nitritos por espectrofotometría UV-VIS- Nitrógeno amoniacal por espectrofotometría UV-VIS- Metales totales y disueltos por espectrometría de plasma de acoplamiento inductivo- Aluminio- Antimonio- Arsénico- Bario- Berilio- Boro- Cadmio- Calcio- Cobalto- Cobre- Cromo- Estaño- Estroncio- Fósforo- Hierro- Magnesio- Manganeso- Mercurio- Molibdeno
--------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Níquel - Plata - Plomo - Potasio - Selenio - Sodio - Talio - Vanadio - Zinc - Dureza total por cálculo - Dureza cálcica por cálculo - Dureza magnésica por cálculo
<p>AGUAS RESIDUALES.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ph - Conductividad - Turbidez - Sólidos en suspensión totales - Sólidos decantables - Sulfatos por nefelometría - Cloruros por titulación volumétrica - Alcalinidad total y compuesta, bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos por titulación volumétrica. - Nitrógeno Kjeldahl por titulación volumétrica - Demanda Química de Oxígeno (DQO) por titulación volumétrica - Nitrógeno amoniacal por titulación volumétrica - Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) por potenciometría - Nitrógeno amoniacal por espectrofotometría UV-VIS - Metales totales y disueltos por espectrometría de plasma de acoplamiento inductivo - Aluminio - Antimonio - Arsénico - Bario



Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Servicios Periféricos

Avenida de la Constitución, 101. 45001 Ciudad Real

- Berilio
- Boro
- Cadmio
- Calcio
- Cobalto
- Cobre
- Cromo
- Estaño
- Estroncio
- Fósforo
- Hierro
- Magnesio
- Manganeso
- Mercurio
- Molibdeno
- Níquel
- Plata
- Plomo
- Potasio
- Selenio
- Sodio
- Talio
- Vanadio
- Zinc
- Dureza total por cálculo
- Dureza cálcica por cálculo
- Dureza magnésica por cálculo